

Configuración, Programación y organización del Software de adquisición de datos P.A.S. de SATEC.



ÍNDICE:

Tema	página
<u>Introducción</u>	<u>3</u>
<u>Conceptos Básicos</u>	<u>3</u>
<u>Estructuración de los datos</u>	<u>5</u>
<u>Configurar la comunicación con el analizador</u>	<u>6</u>
<u>Como estructurar la memoria</u>	<u>11</u>
<u>Programación de acciones y condiciones</u>	<u>14</u>
<u>Como gestionar los archivos</u>	<u>16</u>
<u>Ejemplos de Programaciones</u>	<u>19</u>

INTRODUCCIÓN:

Este manual pretende reflejar y aclarar el uso y explotación mediante el software de análisis, gestión y control de parámetros eléctricos P.A.S. de SATEC.

Es importante resaltar que la gran versatilidad del programa permite muchas formas de programación reflejándose en este manual, breves consejos al respecto.

En este manual pueden observarse capturas de pantalla realizadas sobre una programación concreta, a modo de ejemplo concreto y sencillo.

Las programaciones básicas, pueden complementarse con nuevas programaciones realizadas por el/los usuarios en los ficheros y disparadores destinados a tal efecto.

CONCEPTOS BÁSICOS:

Para manejar el software y este manual es necesario conocer una serie de conceptos básicos referentes a la metodología de trabajo y a los términos que definen las partes del software.

La programación del analizador de calidad de suministro cumple diversas funciones que podemos dividir en los siguientes grupos fundamentalmente:

- Medidas concretas en determinados períodos de tiempo.
- Calidad de Suministro
- Calidad de suministro EN50160
- Energías
- T.O.U. (Tarificación de uso universal)

La secuencia de trabajo del instrumento es, para cualquier caso, la siguiente:

1º Estructurar la memoria del analizador.

2º Marcar un punto de disparo por una o varias condiciones con acciones digitales lógicas tipo AND u OR combinadas o mediante el registrador de EN50160.

3º Se registran uno o varios datos en uno o varios archivos destino, existiendo dos tipos fundamentales de registros 100% configurables, los de datos tabulares denominados: **datalog #** y los que permiten realizar osciloperturbografías y análisis armónicos bi-direccionales hasta el 63º armónico denominados: **waveform log #**, la capacidad de éstos es configurable por el usuario, así como, el número de registros que tendrá el fichero, la duración de cada fichero o la precisión en el muestreo.


ESTRUCTURACIÓN DE LOS DATOS:

La estructura de dichos ficheros queda en la memoria de manera análoga a la siguiente una vez configurada:

Log Files									
No.	File	Type	Size, Bytes	Sections/ Channels	Max. Records	Max. Events	Record Size	Parameters	Logged Records
1	Event Log	Wrap-around	4000		200	200	20		56
2	Data Log 1	Wrap-around	68000		1000	1000	68	14	0
3	Data Log 2	Wrap-around	40000		1000	1000	40	7	0
4	Data Log 3	Free							
5	Data Log 4	Free							
6	Data Log 5	Free							
7	Data Log 6	Free							
8	Data Log 7	Free							
9	Data Log 8	Free							
10	Data Log 9	EN50160 Compliance Statistics	42624	12	24	24	148	34	22
11	Data Log 10	EN50160 Harmonics Survey	660000	3	1000	1000	220	52	24
12	Data Log 11	Free							
13	Data Log 12	Free							
14	Data Log 13	Free							
15	Data Log 14	Wrap-around	15200		200	200	76	16	0
16	Data Log 15	Free							
17	Data Log 16	Free							
18	Waveform Log 1	Free							
19	Waveform Log 2	Free							
20	Waveform Log 3	Free							
21	Waveform Log 4	Free							
22	Waveform Log 5	Free							
23	Waveform Log 6	Free							
24	Waveform Log 7	Wrap-around	320400	6	50	6.3	1068		0
25	Waveform Log 8	Wrap-around	320400	6	50	6.3	1068		0
26	SOE Log	Wrap-around	2800		200	200	14		72
27	PQ Log	Wrap-around	6400		200	200	32		200
28	Fault Log	Wrap-around	8000		200	200	40		105

Cuando el tipo de registro sea cíclico, debe tenerse en cuenta que, cuando llegue al nº de registro máximo seguirá sobre-escribiendo desde la primera posición, y la información previamente almacenada en esos registros, se perderá, por esto, es importante que cada cierto tiempo se hagan volcados de los datos en memoria del analizador a disco duro o a formato papel.

Antes de nada, debe tenerse en cuenta que existen dos formas de trabajar con P.A.S. y el analizador, on-line y off-line, el trabajo on-line implica que cada ventana que se abra se rellenará con datos que el analizador tenga en su memoria, es normal que tarde más en abrir ventana que si se hiciera off-line. El botón que modifica dicho estado es este:




El concepto on-line, off-line es de vital importancia a la hora de trabajar con los analizadores, es importante que quede claro, ya que de lo contrario, será difícil la comprensión del resto del manual.

CONFIGURAR LA COMUNICACIÓN CON EL ANALIZADOR:


COMUNICACIÓN POR PUERTO SERIE:

Para comunicar con el analizador deseado únicamente habrá que seleccionar en la lista el deseado si se programó alguna vez (por ejemplo: equipo 1 ezipac) y una vez on-line, solicitar la acción deseada: abrir un datalog, configurar la memoria, los puntos de consigna (control alarm setpoints), etc. Para la comunicación directa en la subestación mediante puerto serie, los pasos son los siguientes:

El primer paso será configurar las comunicaciones para que sean las mismas del analizador en el puerto 1º ó 2º según estemos conectados a él. Para eso en estado off-line entraremos en "tools">"configuration":




una vez aquí, accedemos a los siguientes menús:




una vez hecho esto accedemos a la pestaña de conexión:


Una vez aquí, accedemos al sub-menú "configure" donde colocaremos los mismos datos que hayamos puesto en el analizador así como seleccionar el puerto de comunicación adecuado



En el sub menú “Protocol” accedemos al resto de datos de configuración:




cuando hayamos hecho todo esto y validado los cambios, comprobaremos que la conexión es la correcta poniéndonos on-line y pulsando sobre el botón “RTC” dentro de “monitor”, si aparece el sub-menú del reloj, quiere decir que comunicamos con el instrumento sin problemas, esta prueba permite comprobar la comunicación con las subestaciones también en el supuesto de comunicaciones no locales, es decir, mediante la red.



COMUNICACIÓN POR PUERTO USB:


Para comunicar mediante el puerto USB, una vez instalado el driver que se encuentra en la carpeta del software deberán seguirse los mismos pasos que en el caso anterior, sólo que deberá seleccionarse el puerto USB:



En este último caso no será necesario realizar ninguna acción adicional. Pasaremos a comprobar la comunicación como en el método anterior mediante el reloj RTC.


COMUNICACIÓN POR PUERTO ETHERNET:

Para establecer la comunicación Ethernet directamente en la subestación, será necesario un cable de red cruzado, una vez conectado el equipo a una red, sólo será necesario que el ordenador desde el que se pretende acceder sea parte de la red, para esto debemos conocer la dirección IP del equipo con el que deseamos comunicar y una vez seleccionado la comunicación tipo Internet, configurar el protocolo y la dirección IP adecuados.




COMO ESTRUCTURAR LA MEMORIA

El siguiente paso llegados a este punto es estructurar la memoria del analizador, para el supuesto de los datalogs y waveformlogs no configurados como de uso básico por los técnicos de SATEC, para lo cual necesitaremos entrar en el menú “MeterSetup”>”Memory/Log”:



Aquí aparecerá un sub-menú con varias pestañas en las cuales configuraremos todos los parámetros, salvando primero la configuración y luego enviándosela al instrumento mediante el botón “send”, para lo cual debemos estar on-line con el instrumento.



Los datos que aparecen de configuración de la memoria son los que tenga el analizador previamente cargados.

La modificación de las particiones de memoria asignadas por defecto a la configuración básica EN50160(las que no aparezcan como Free) pueden ocasionar la pérdida de información en el registro de los datos.

Haciendo doble click sobre el DATA LOG # deseado configuraremos la partición de la memoria:

en dicha partición podremos definir el nº de registros posibles, si queremos registrar x datos cada mes durante un año, necesitaremos 12 “Number of Records” por ejemplo, si sólo necesitamos registrar las 3 tensiones y las 3 corrientes, necesitaremos 6 parámetros en “Number of Parameters”, si queremos que sea un registro cíclico sin fin “Partition Type” será WRAP AROUND.

De una manera análoga se configuran los Waveform logs, siempre salvando primero en el disco duro y enviando mediante la tecla “send” los datos al instrumento.

Para definir los datos que se van a registrar en el DATALOG accedemos a la pestaña "Data recorder" donde podremos configurar los datos a registrar mediante grupos y subgrupos.

No.	Group	Parameter	No.	Group	Parameter
1	RT PHASE	V1	9	RT PHASE	V3 THD
2	RT PHASE	V2	10	RT PHASE	I1 TDD
3	RT PHASE	V3	11	RT PHASE	I2 TDD
4	RT PHASE	I1	12	RT PHASE	I3 TDD
5	RT PHASE	I2	13	RT AUX	FREQ
6	RT PHASE	I3	14	RT AUX	V UNB%
7	RT PHASE	V1 THD	15	RT AUX	VDC
8	RT PHASE	V2 THD	16	NONE	NONE


De forma análoga se configuran el resto de Data logs así como la memoria dedicada a las oscilografías.

Es importante definir bien el grupo, ya que dentro del grupo RT PHASE se tienen valores reales por fase en tiempo real, no obstante si se desea obtener el valor de la demanda de corriente, habrá que buscarlo dentro del grupo DEMAND.


También se pueden variar los datos de configuración de los ficheros registradores de fallas y eventos de calidad de suministro, por defecto en la configuración básica están definidos para la casuística típica.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES Y CONDICIONES

El siguiente paso será configurar las condiciones de disparo y las acciones a realizar por dichas condiciones, para esto, accederemos al siguiente menú:



En el siguiente menú accederemos a la siguiente pestaña denominada "control/alarm setpoints":



Una vez aquí accedemos a la pantalla en la que podemos configurar las condiciones de disparo en distintos puntos de consigna, con las acciones a realizar, es importante resaltar que los puntos de consigna pueden relacionarse

unos con otros con el fin de ampliar las condiciones de disparo en funciones más complejas y/o ampliar el nº de acciones a realizar. Debe tenerse en cuenta que la programación de las condiciones y/o acciones es del tipo “digital”, con operadores lógicos tipo AND u OR y la forma de utilizar varios setpoint es mediante los Flags, con funciones del tipo: “... si el flag #1 esta a 1 realizar las siguientes acciones:...”, obviamente en un setpoint anterior habremos puesto dicho flag a #1 mediante otra u otras condiciones en una función AND y/o OR.

General Setup - CALIDAD DE SUMINISTRO

Setpoint No. 1

Triggers					
OR/AND	Input Group	Trigger Parameter	Relation	Operate limit	Release limit
OR	RT PHASE	V1	>=	230	240
OR	RT TOTAL	kW	>=	2345	2600
OR	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
OR	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE

Actions		
No.	Action	Target
1	WAVEFORM LOG 1 (32)	NONE
2	WAVEFORM LOG 2 (128)	NONE
3	DATA LOG	#3
4	SET EVENT FLAG	#1

Delays, sec	
Operate delay	2
Release delay	1

Buttons: Open, Save as..., Clear, Clear All, Print, Send, Receive, Aceptar, Cancelar, Aplicar, Ayuda

Este es un ejemplo típico de programación de un setpoint es el setpoint #1, y se leería así: “si el valor en tiempo real (RT PHASE) de V1 es mayor o igual que 230, y hasta que no baje de 240; o el valor total en tiempo real (RT TOTAL) de kW es mayor o igual que 2345, y hasta que no baje de 2600; hacer una oscilografía de 32 muestras, una de 128 muestras, escribir una línea en el DATA LOG #3 y activar el event flag #1. Todas las acciones se realizarán con 2 segundos de retardo y dejarán de realizarse con 1 segundo de retardo. Este ejemplo tiene casi todas las acciones posibles, la opción de 1 segundo de retardo en la acción, en este caso no tiene mucho sentido ya que no hay una acción repetitiva, pero si la hubiese sería muy útil para analizar muchos fenómenos filtrando por ejemplo los no deseados por estar muy próximos en el tiempo.


Los “Release limit” son útiles ya que nos permiten un ciclo de histéresis sobre las acciones, si no se desea dicha histéresis, sólo hay que poner el mismo valor que en “operate limit”, o simplemente dejarlos a 0.

La secuencia lógica ahora será guardada en el disco duro, después se debe enviar al analizador mediante el botón send que sólo estará activo si estamos on-line.


COMO GESTIONAR LOS ARCHIVOS

Para visualizar los datos, existen dos opciones, verlos on-line uno a uno, o descargarlos de una vez todos al disco duro y trabajar con ellos más rápido.


Para lo que el energy manager, accederá mediante P.A.S. a la pestaña “logs” y a la opción “upload logs”.



Deberá entonces seleccionar los logs que desee “descargar” al PC. El programa por defecto dará un nombre al nuevo archivo y lo colocará en una carpeta por defecto, no obstante, recomendamos fechar dicho archivo en el nombre e irlos colocando en una carpeta de una manera organizada, ya que el trabajo, una vez descargados al PC o PCs será más sencillo y rápido:



Por otro lado hay que resaltar que deberán traerse los datos relativos a PQLOG (Fenómenos de Calidad de Suministro) y FAULTLOG (Registrador de fallas), que llevan asociados sus Waveformlogs y Datalogs respectivamente.




El proceso de descarga durará bastante si hay mucha información que descargar y dependiendo del tipo de comunicación, pero una vez descargada, optimizará mucho el trabajo con la información.

Una vez realizado este paso, la información quedará en el disco duro del Pc apareciendo un mensaje de confirmación.

Para trabajar con la información desde el PC, lo único que debe hacerse es:

Abrir desde PAS el archivo y seleccionar el subarchivo deseado:



En el caso de abrir el Fault log o el PQ Log tendremos un enlace al fichero o ficheros asociados (de haberlos) que también deberemos haber descargado en el conjunto:

Fault Log - Sub K2

Sub K2 Fault Log 30/09/04 11:48:25

No.	Date/Time	Event	Fault Category	Phase	Amps Magnitude	PU	Volts Magnitude	PU	Dur.
1	05/06/04 16:14:15.471	FE2:1020	Zero-seq. Voltage	L1	1165.34	5.83	21096	0.88	0:00:00
2	05/06/04 16:14:15.471	FE2:1020	Zero-seq. Voltage	L2	0.00	0.00	22951	0.96	0:00:00
3	05/06/04 16:14:15.471	FE2:1020	Zero-seq. Voltage	L3	0.00	0.00	23091	0.96	0:00:00
4	05/06/04 16:14:17.473	DI1:1021	External Trigger	L1	1165.34	5.83	21096	0.88	0:00:00
5	05/06/04 16:14:17.473	DI1:1021	External Trigger	L2	0.00	0.00	23035	0.96	0:00:00
6	05/06/04 16:14:17.473	DI1:1021	External Trigger	L3	0.00	0.00	22502	0.94	0:00:00
7	05/06/04 16:14:17.715	Waveform Log 7 05/06/04 16:14:17.153			79.09	0.40	23104	0.96	0:00:00
8	05/06/04 16:14:17.715	FE3:1022	Current Unbalance	L2	0.00	0.00	23059	0.96	0:00:00
9	05/06/04 16:14:17.715	FE3:1022	Current Unbalance	L3	0.00	0.00	23067	0.96	0:00:00
10	05/06/04 16:14:17.746	FE5:1023	Overcurrent	L1	34.75	0.17	23118	0.96	0:00:00
11	05/06/04 16:14:17.746	FE5:1023	Overcurrent	L2	0.00	0.00	23073	0.96	0:00:00
12	05/06/04 16:14:17.746	FE5:1023	Overcurrent	L3	0.00	0.00	23072	0.96	0:00:00
13	05/06/04 16:14:18.084	FE2:1024	Zero-seq. Voltage	L1	1085.63	5.43	20570	0.86	0:00:00
14	05/06/04 16:14:18.084	FE2:1024	Zero-seq. Voltage	L2	0.00	0.00	22230	0.93	0:00:00
15	05/06/04 16:14:18.084	FE2:1024	Zero-seq. Voltage	L3	0.00	0.00	22235	0.93	0:00:00
16	05/06/04 16:14:18.404	FE3:1025	Current Unbalance	L1	90.46	0.45	22925	0.96	0:00:00
17	05/06/04 16:14:18.404	FE3:1025	Current Unbalance	L2	0.00	0.00	22945	0.96	0:00:00
18	05/06/04 16:14:18.404	FE3:1025	Current Unbalance	L3	0.00	0.00	23141	0.96	0:00:00
19	05/06/04 16:14:18.432	FE5:1026	Overcurrent	L1	41.45	0.21	23016	0.96	0:00:00

C:\Program Files\Pas\Samples\Sample 4.mdb

Los fenómenos registrados por el PQ log, puede tener asociados archivos que demuestren el fenómeno registrado.

EJEMPLOS DE DATALOGS PROGRAMADOS:

Los datalogs que aparecen aquí reflejados son a modo de ejemplo de distintas programaciones realizadas por SATEC para diversos clientes.

El equipo que usted esté utilizando puede contener alguna, todas o ninguna de las siguientes programaciones, se enuncian a modo de ejemplo:

DATALOG 1

Se dispara por las funciones DELTA para los valores acordados cada vez que se superan los mismos:

Log No: Name:

1

VALORES DELTAS ACOMETIDA EN TIEMPO REAL

Data Log Parameters

No.	Group	Parameter	No.	Group	Parameter
1	RT PHASE	V1	9	RT PHASE	V3 THD
2	RT PHASE	V2	10	RT PHASE	I1 TDD
3	RT PHASE	V3	11	RT PHASE	I2 TDD
4	RT PHASE	I1	12	RT PHASE	I3 TDD
5	RT PHASE	I2	13	RT AUX	FREQ
6	RT PHASE	I3	14	RT AUX	V UNB%
7	RT PHASE	V1 THD	15	RT AUX	VDC
8	RT PHASE	V2 THD	16	NONE	NONE

DATALOG 2

Se dispara por las funciones DELTA para los valores acordados cada vez que se superan los mismos, valores de continua, habrá más o menos valores en función del número de feeders de la subestación:

Log No: Name:

2

VALORES DELTAS CONTINUA EN TIEMPO REAL 1

Data Log Parameters

No.	Group	Parameter	No.	Group	Parameter
1	ANALOG INPUTS	A11	9	ANALOG INPUTS	A19
2	ANALOG INPUTS	A12	10	ANALOG INPUTS	A110
3	ANALOG INPUTS	A13	11	ANALOG INPUTS	A111
4	ANALOG INPUTS	A14	12	ANALOG INPUTS	A112
5	ANALOG INPUTS	A15	13	ANALOG INPUTS	A113
6	ANALOG INPUTS	A16	14	ANALOG INPUTS	A114
7	ANALOG INPUTS	A17	15	ANALOG INPUTS	A115
8	ANALOG INPUTS	A18	16	ANALOG INPUTS	A116

DATALOG 4

Datos de los grupos y feeders de continua mediante las tarjetas de entradas analógicas de los equipos, habrá más o menos valores en función del número de feeders de la subestación.

Log No: Name:

Data Log Parameters					
No.	Group	Parameter	No.	Group	Parameter
1	ANALOG INPUTS	AI1	9	ANALOG INPUTS	AI9
2	ANALOG INPUTS	AI2	10	ANALOG INPUTS	AI10
3	ANALOG INPUTS	AI3	11	ANALOG INPUTS	AI11
4	ANALOG INPUTS	AI4	12	ANALOG INPUTS	AI12
5	ANALOG INPUTS	AI5	13	ANALOG INPUTS	AI13
6	ANALOG INPUTS	AI6	14	ANALOG INPUTS	AI14
7	ANALOG INPUTS	AI7	15	ANALOG INPUTS	AI15
8	ANALOG INPUTS	AI8	16	ANALOG INPUTS	AI16

DATALOG 7

En éste, se encuentran los datos referentes a las demandas cuartohorarias de los últimos 2 meses con la finalidad de disponer de las curvas de carga:

Log No: Name:

Data Log Parameters					
No.	Group	Parameter	No.	Group	Parameter
1	DEMANDS	V1 DMD	9	DEMANDS	kVA SD
2	DEMANDS	V2 DMD	10	DEMANDS	PF IMP@kVA MXDMD
3	DEMANDS	V3 DMD	11	DEMANDS	kW EXP SD
4	DEMANDS	I1 DMD	12	DEMANDS	kvar EXP SD
5	DEMANDS	I2 DMD	13	NONE	NONE
6	DEMANDS	I3 DMD	14	NONE	NONE
7	DEMANDS	kW IMP SD	15	NONE	NONE
8	DEMANDS	kvar IMP SD	16	NONE	NONE

DATALOG 10

Este datalog está configurado para tener datos de las energías con la evolución mensual de éstas cada mes durante 5 años, este datalog y su condición de disparo podrán eliminarse si se desea en el momento en el que la TOU esté programada con los datos de tarificación de cada subestación.

Log No: Name:

Data Log Parameters					
No.	Group	Parameter	No.	Group	Parameter
1	ENERGY	kWh IMPORT	9	PHASE ENERGY	kWh IMP L1
2	ENERGY	kWh EXPORT	10	PHASE ENERGY	kWh IMP L2
3	ENERGY	kWh NET	11	PHASE ENERGY	kWh IMP L3
4	ENERGY	kvarh IMPORT	12	PHASE ENERGY	kvarh IMP L1
5	ENERGY	kvarh EXPORT	13	PHASE ENERGY	kvarh IMP L2
6	ENERGY	kvarh NET	14	PHASE ENERGY	kvarh IMP L3
7	ENERGY	Vh TOTAL	15	ENERGY	kWh HRM IMP
8	ENERGY	Ah TOTAL	16	ENERGY	kWh HRM EXP

DATALOG 13

Este fichero está asociado al registrador de fallas y permite realizar gráficas de tendencias asociadas a la duración del fenómeno con trazado de datos RMS de los datos provenientes de las señales de continua.

Log No: Name:

Data Log Parameters					
No.	Group	Parameter	No.	Group	Parameter
1	ANALOG INPUTS	AI1	9	ANALOG INPUTS	AI9
2	ANALOG INPUTS	AI2	10	ANALOG INPUTS	AI10
3	ANALOG INPUTS	AI3	11	ANALOG INPUTS	AI11
4	ANALOG INPUTS	AI4	12	ANALOG INPUTS	AI12
5	ANALOG INPUTS	AI5	13	ANALOG INPUTS	AI13
6	ANALOG INPUTS	AI6	14	ANALOG INPUTS	AI14
7	ANALOG INPUTS	AI7	15	ANALOG INPUTS	AI15
8	ANALOG INPUTS	AI8	16	ANALOG INPUTS	AI16

DATALOG 14

Fichero asociado al registrador de fenómenos de calidad de suministro.

Log No: Name:

Data Log Parameters					
No.	Group	Parameter	No.	Group	Parameter
1	GENERIC	V1	9	GENERIC	V3 THD
2	GENERIC	V2	10	GENERIC	I1 TDD
3	GENERIC	V3	11	GENERIC	I2 TDD
4	GENERIC	I1x	12	GENERIC	I3 TDD
5	GENERIC	I2x	13	GENERIC	I1 KF
6	GENERIC	I3x	14	GENERIC	I2 KF
7	GENERIC	V1 THD	15	GENERIC	I3 KF
8	GENERIC	V2 THD	16	GENERIC	FREQ

Waveform Log 8 - Selected Channels

0-20 Amps		0-150 Amps	
☒ V1	☒ I1	☐ I1x	☒ VDC
☒ V2	☒ I2	☐ I2x	☐ DI1-DI16
☒ V3	☒ I3	☐ I3x	
☐ V4	☐ I4	☐ I4x	

OK Cancel

Para disparar la oscilografía nº1 sobre la que realizar análisis armónicos, únicamente será necesario activar el event flag nº1.

FAULT LOG

El fichero registrador de fallas queda así:

☒ Recorder Enabled

Fault Triggers										
Fault Event	Trigger #1	Threshold, %	Threshold, secondary	Hysteresis, %	Trigger Enabled	Trigger #2	Threshold, %	Threshold, secondary	Hysteresis, %	Trigger Enabled
DI	External Trigger	----	----	----	☒	----	----	----	----	☐
FE1	Zero-Seq. Current	5.0	0.25 A	5.0	☒	----	----	----	----	☐
FE2	Zero-Seq. Voltage	5.0	6.0 V	5.0	☒	----	----	----	----	☐
FE3	Current Unbalance	5.0	----	5.0	☒	----	----	----	----	☐
FE4	Voltage Unbalance	5.0	----	5.0	☒	----	----	----	----	☐
FE5	Overcurrent	150.0	7.50 A	5.0	☒	Undervoltage	90.0	108.0 V	5.0	☒
FE6	Undervoltage	90.0	108.0 V	5.0	☒	----	----	----	----	☐
FE7	I4 (neutral) Current	5.0	0.25 A	5.0	☐	----	----	----	----	☐

Fault Recording							
Waveform Log			1/2-cycle RMS Trend				
Log on Start	Log on End	Log No.	Log Enabled	Max. Duration, Cycles	Before, Cycles	After, Cycles	Data Log No.
☒	☒	6	☒	100	4	16	13

En el se observa la habilitación del disparo cada vez que maniobren los extrarápidos: cada vez que se de cualquiera de estos fenómenos, asociará la oscilografía nº6 y el ya comentado datalog nº13 con datos de las señales de continua en RMS con muestreo promediado a la duración del fenómeno.

PQ LOG

☒ Recorder Enabled

PQ Events and Recording													
	Thresholds		Waveform Log			Data/RMS Trend - Time Envelopes and Maximum Durations							
Event Category	Threshold, %	Hysteresis, %	On Start	On End	Log No.	Enabled	1/2-cyc, Cycles	0.2-sec, seconds	3-sec, minutes	10-min, hours	Before, Cycles	After, Cycles	Log No.
Impulse	0.0	5.0	☒	☐	7	☐	----	----	----	----	----	----	----
Sag	90.0	5.0	☒	☒	7	☒	30	3	3	0	4	16	14
Swell	110.0	5.0	☒	☒	7	☒	30	3	3	0	4	16	14
Interruption	10.0	5.0	☒	☒	7	☒	30	3	3	0	4	16	14
Volt Unbalance	5.0	5.0	☒	☒	7	☒	----	----	3	0	----	----	14
Frequency	0.6	5.0	☒	☒	7	☒	----	----	3	0	----	----	14
Harmonics	5.0	5.0	☒	☒	8	☒	----	----	3	0	----	----	14
Interharmonics	1.0	5.0	☒	☒	8	☒	----	----	3	0	----	----	14

Las oscilografías asociadas son las nºs 7 y 8. y el datalog el nº14.

PQ LOG EN50160 TIPO:

tester - Log Setup

EN50160 Advanced Setup	EN50160 Harmonics Setup	Fault Recorder	Programmable Min/Max Log
Log Memory	Data Recorder	Waveform Recorder	IEEE 1159 PQ Recorder
EN50160 PQ Recorder			

PQ Events and Recording														
	PQ Log		Waveform Log			Data/RMS Trend - Time Envelopes and Maximum Durations								
Event Category	Threshold, %	Hysteresis, %	Enabled	On Start	On End	Log No.	Enabled	1/2-cyc, cycles	0.2-sec, seconds	3-sec, minutes	10-min, hours	Before, cycles	After, cycles	Log No.
Power Frequency, dF/Fn	1.0	0.1	☒	☐	☐	7	☐	----	----	3	----	----	----	14
Voltage Variations, dV/Un	10.0	2.0	☒	☐	☐	7	☐	----	----	----	3	----	----	14
Rapid Voltage Changes, dV/Un	6.0	2.0	☒	☐	☐	7	☐	----	----	----	----	----	----	----
Flicker Severity, Pst	1.0	5.0	☒	☐	☐	7	☐	----	----	----	3	----	----	14
Voltage Dips, %Un	90.0	2.0	☒	☒	☐	7	☐	30	3	3	0	2	2	14
Voltage Interruptions, %Un	1.0	2.0	☒	☒	☐	7	☐	30	3	3	0	2	2	14
Temporary Overvoltages, %Un	110.0	2.0	☒	☒	☐	7	☐	30	3	3	0	2	2	14
Transient Overvoltages, %Un	120.0	2.0	☒	☒	☐	8	☐	----	----	----	----	----	----	----
Voltage Unbalance, %	2.0	5.0	☒	☐	☐	7	☐	----	----	----	3	----	----	14
Harmonic THD, %	8.0	5.0	☒	☐	☐	8	☐	----	----	----	3	----	----	14
Harmonic Voltage, %Un	----	5.0	☒	☐	☐	8	☐	----	----	----	3	----	----	14
Interharmonic THD, %	2.0	5.0	☐	☐	☐	8	☐	----	----	----	3	----	----	14
Interharmonic Voltage, %Un	----	5.0	☐	☐	☐	8	☐	----	----	----	3	----	----	14
Mains Signaling Voltage, %Un	----	2.0	☐	☐	☐	8	☐	----	----	3	----	----	----	14

☒ Recorder Enabled

Open Save as... Default Print Send Receive

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

El resto de opciones en P.A.S. no se describen en este manual básico, la mejor forma de aprender será “practicar con el software”, si no se practica con el mismo es imposible sacarle el máximo partido al sistema, como consejo al usuario novel, decirle que la curva de aprendizaje es mucho mayor en la primera parte, luego se irán descubriendo nuevas y más optimas posibilidades, así como, numerosas funciones de gran utilidad. Ante cualquier duda, puede ponerse en

contacto con SATEC en la siguiente dirección de correo electrónico:
satec@satec-global.es o mediante la web: <http://www.satec-global.com/>.